

ERRATA DO BROSZURY : „MASKI CHIRURGICZNE i OCHRONNE” „Ekspert w prewencji zakażeń”

1) strona 2 maski chirurgiczne 3M :

3M 1835 – trójwarstwowa

3M 1835FS – trójwarstwowa

2) strona 3

- maska chirurgiczna 1818 – na zdjęciu pokazana maska z osłoną, maska 1818 osłony nie posiada

- opory oddechowe (różnica ciśnień) – wartości podane w mmH₂O/cm²

wyjaśnienie: w Normie Europejskiej EN 14 683 ciśnienie różnicowe jest podawane w jednostkach „Pa” i wynosi odpowiednio : <29,4 dla typu I i II oraz < 49,0 dla typu IR i IIR

jednostka mmH₂O/cm² służy alternatywnie do pomiaru ciśnienia różnicowego i wynosi odpowiednio:

29.4 Pa = 2.998 mm/H₂O

49 Pa = 4.99 mm/H₂O

3) strona 4

tabela masek chronnych: maski posiadające **czzerwony kolor** gumek termoplastycznych dotyczą grupy masek **FFP3**, natomiast maski posiadające **niebieski kolor** gumek termoplastycznych dotyczą masek **FFP2**